



STORZ & BICKEL



Verity

de	KURZ-GEBRAUCHSANWEISUNG	Seite 2
en	INSTRUCTIONS FOR USE (CONCISE)	page 13
fr	MODE D'EMPLOI (CONCIS)	page 23
es	MODO DE EMPLEO (CONCISO)	página 34
it	ISTRUZIONI PER L'USO (CONCISO)	pagina 45

1. Grundlegende Regeln

DIESE ANWEISUNGEN SIND
AUFZUBEWAHREN.

Diese Gebrauchsanweisung ist ein wesentlicher Bestandteil des Verdampfers und muss dem Benutzer zugänglich gemacht werden.

- ▶ Die aktuelle ausführliche Version der Gebrauchsanweisung unter www.storz-bickel.com herunterladen.
- ▶ Diese Hinweise sorgfältig und vollständig durchlesen, bevor Verdampfer und USB-C Kabel in Betrieb genommen werden.
- ▶ Beim Gebrauch und der Wartung immer den Anweisungen dieser Gebrauchsanweisung folgen.
- ▶ Der Verdampfer ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Verdampfers eingewiesen. Kinder dürfen den Verdampfer nicht benutzen.
- ▶ Wenn der Anwender an Atemwegen oder Lunge erkrankt ist, darf der Verdampfer nur nach Absprache und mit Zustimmung des behandelnden Arztes angewendet werden. Die Dämpfe können je nach Dichte Atemwege und Lunge reizen, was zu Husten führen kann.
- ▶ Den Verdampfer während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
- ▶ Verdampfer und USB-C Kabel nur in genügender Entfernung von Wärmequellen (Ofen, Herd, Kamin, etc.) und an einem trockenen Ort, an dem die Umgebungstemperatur nicht unter +5 °C (+41 °F) abfallen kann, lagern und benutzen.
- ▶ Den Verdampfer keinen extremen Schwankungen der Umgebungstemperatur aussetzen. Hierdurch könnten dessen Funktionsfähigkeit durch Kondensationsfeuchte gestört werden.
- ▶ Ausschließlich original STORZ & BICKEL Zubehör- und Ersatzteile verwenden.
- ▶ Verdampfer und USB-C Kabel nicht ungeeignet, falsch oder unvernünftig benutzen, da der Hersteller für hieraus entstehende Schäden keine Verantwortung übernimmt.

- ▶ Unter ungünstigen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe auf. Flüssigkeit, die aus der Batterie austritt, kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- ▶ Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine störende Beeinflussung verursachen, und (2) das Gerät muss alle eingehenden Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
- ▶ Jegliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät, die nicht ausdrücklich von STORZ & BICKEL genehmigt wurden, können die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) hinfällig machen und zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.
- ▶ Dieses Gerät wurde hinsichtlich der Ausnahmeregelung der spezifischen Absorptionsrate bewertet und entspricht den RF-Expositionsanforderungen von FCC 1.1307 und RSS 102.

2. Sicherheitshinweise

2.1 Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag

- ▶ Verdampfer und USB-C Kabel nach Gebrauch, vor jeder Wartungsarbeit und bei Gewitter ausschalten und den Verdampfer vom Stromnetz trennen.
- ▶ Beachten, dass das USB-C Kabel nicht durch Knicke, Quetschungen oder Zug beschädigt wird.
- ▶ Kein Einsatz von Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabeln.
- ▶ Verdampfer und USB-C Kabel nicht benutzen, sofern diese beschädigt sind. Reparaturen dürfen nur durch unser Service Center durchgeführt werden. Der Versuch, einen Schaden selbst zu beheben, führt zum Verlust der Gewährleistung. Unser Service Center ersetzt ein defektes USB-C Kabel.
- ▶ Verdampfer und USB-C Kabel nicht mit Nässe und Feuchtigkeit in Kontakt bringen.
- ▶ Verdampfer und USB-C Kabel von Haustieren (z. B. Nagetieren) und Schädlingen fernhalten.
- ▶ Verdampfer und USB-C Kabel nicht in explosionsgefährdeter oder entzündlicher Atmosphäre benutzen.

- ▶ Dieses Gerät enthält Akkus, die vom Benutzer nicht ausgetauscht werden können.
- ▶ Dieses Gerät enthält Akkus, die nur von fachkundigen Mitgliedern unseres Service-Teams ausgetauscht werden dürfen.
- ▶ **WARNUNG:** Zum Laden des Akkus nur das für das Gerät erhältliche abnehmbare Netzteil verwenden: Modell EA1045UR, hergestellt von EDAC.

2.2 Verletzungsgefahr durch Verbrennung/Dämpfe

- ▶ Heiße Oberflächen des Verdampfers (Füllkammer und Bereich um die Füllkammer), während des Betriebs und der Abkühlphase nicht berühren.
- ▶ Heißen Verdampfer nur auf einer festen und hitzebeständigen Oberfläche abstellen und darauf achten dass dieser nicht abgedeckt wird.
- ▶ Den Verdampfer nicht in der Nähe von entzündlichen Gegenständen wie z. B. Vorhängen, Tischdecken oder Papier benutzen.
- ▶ Geräteöffnungen des Verdampfers während des Betriebs und der Abkühlphase nicht zuhalten, abdecken oder verstopfen.
- ▶ Vor Einschalten des Verdampfers sicherstellen, dass alle Dämpfe, z.B. von entzündlichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln verdunstet sind.

2.3 Verletzungsgefahr durch verschiedene Ursachen

- ▶ Die Verpackungselemente (Plastiksäcke, Styropor-teile, Kartons, etc.) dürfen Kindern nicht zugänglich gemacht werden, da sie eine potenzielle Gefahr darstellen.
- ▶ Darauf achten, dass Kleinteile des Verdampfers nicht verschluckt werden.
- ▶ Auf die Gefahr der Strangulation durch das USB-C Kabel achten.
- ▶ Den Verdampfer nur mit den empfohlenen, zu verdampfenden Kräutern und Pflanzenteilen benutzen.
- ▶ Symptome (z. B. Husten, Kurzatmigkeit, Schmerzen im Brustkorb) während oder nach der Verwendung beachten und umgehend einen Arzt aufsuchen, wenn Bedenken der Gesundheit bestehen.

Aufbewahrung

- ▶ Verdampfer und USB-C Kabel an einem trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern oder unbefähigten Personen aufbewahren.

Entsorgung

- ▶ Irreparablen Verdampfer nach der Gewährleistungsfrist über den Werkstoffkreislauf entsorgen oder an unser Service Center schicken.

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung: 5 VDC USB / 5-15 VDC USB-C PD

Leistungsaufnahme: max. 130 W

Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F)

Temperaturbereich: 40 °C bis 210 °C (104 °F bis 410 °F)

Größe: 15,7 x 5,5 x 3,7 cm (6.19 x 2.17 x 1.46 inch)

Gewicht: ca. 252 g (0.56 lbs)

Frequenzband: 2,4-GHz-ISM-Band
(2400 bis 2483,5 MHz)

Maximale Sendeleistung: +5,3 dBm EIRP

Patente und Geschmacksmuster:

www.storz-bickel.com/patents

Technische Änderungen vorbehalten.

EINHALTUNG RECHTLICHER UND NORMATIVER ANFORDERUNGEN

Dieses Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien.

- 2014/30/EU
- 2014/53/EU
- 2011/65/EU

Identifikator für die Konformität des Funkmoduls.


- FCC-ID: 2APJE-SBVY
- IC: 23679-SBVY


de VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit erklären wir, STORZ & BICKEL GmbH, in alleiniger Verantwortung, dass der VENTY den Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse eingesehen werden:

<https://www.storz-bickel.com/downloads>



- 1**  **Füllkammer**
 Die Füllkammer nicht im heißen Zustand berühren.
- 2** **Mundstück**
 Einklappbar
- 3** **Einstellrad für den Luftstrom**
- 4** **Ein-/Ausschalter (ON/OFF)**
 Zum Ein-/Ausschalten jeweils mind. 1/2 Sek. betätigen
 10 Sekunden lang drücken: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
- 5** **Bluetooth Symbol**
 Wenn nicht sichtbar, ist Bluetooth ausgeschaltet.


- 6 Plustaste**
Kurzes Antippen: Temperatursteigerung in 1-Grad-Schritten.
Dauerhaftes Drücken: Stetige Temperatursteigerung.
Gleichzeitiges Antippen von Plus und Minus: Anzeigenwechsel von Grad Celsius in Grad Fahrenheit und umgekehrt.
- 7 USB-C-Ladebuchse**
Zum Laden des Akkus. Für eine optimale Leistung den originalen USB-C Supercharger (REF 11 47) verwenden.
- 8 Minustaste**
Kurzes Antippen: Temperaturverringern in 1-Grad-Schritten
Dauerhaftes Drücken: Stetige Temperaturverringern
Gleichzeitiges Antippen von Plus und Minus: Anzeigenwechsel von Grad Celsius in Grad Fahrenheit und umgekehrt.
- 9 Akkuanzeige**
Voller Akku: Anzeige aller sechs Ladestatusfeldern.
Fast leerer Akku: Langsam blinkender Akkurahmen.
- 10 Temperaturanzeige**
Einstellbar zwischen 40 °C und 210 °C (104 °F und 410 °F).
Drei voreingestellte Temperaturen:
Basis-Temperatur: 180 °C (356 °F)
Booster-Temperatur: +15 °C (+27 °F) Offset zur Basis-Temperatur; deaktiviert sich nach 90s.*
Superbooster-Temperatur: +15 °C (+27 °F) Offset zur Booster-Temperatur; deaktiviert sich nach 90s.*
Die Booster und Superbooster Offsets können über die Web App verändert werden.
- *Aktivieren Sie den „Permanent Boost“ in der S&B Web App, um den 90-Sekunden-Timeout auszuschalten.
- 11 Kühleinheit**
Zum Befüllen der Füllkammer abschrauben.

1.



Aktuelle ausführliche Gebrauchsanweisung unter www.storz-bickel.com/downloads herunterladen. Gebrauchsanweisung vor der Verwendung des Verdampfers lesen.

2.



Verdampfer aufladen. Für eine optimale Leistung den originalen USB-C Supercharger verwenden.

3.



Kühleinheit durch eine 90° Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn vom Verdampfer abschrauben.

4.



Füllkammer vollständig bis zum Rand mit zerkleinertem Pflanzenmaterial befüllen.

5.



Kühleinheit durch eine 90° Drehung im Uhrzeigersinn auf den Verdampfer anschrauben.

6.




Verdampfer einschalten. Betriebsbereit, wenn die Temperaturanzeige grün leuchtet.

7.



Durch das Mundstück inhalieren.



Explosionszeichnung Kühleinheit

- 1 Drehverschluss
- 2 Mundstück
- 3 Mundstückdichtring
- 4 Kühleinheitdeckel
- 5 Einstellrad für den Luftstrom
- 6 Kühleinheitsieb
- 7 Kühleinheitboden
- 8 Sieb (grobe Maschenweite)
- 9 Bodendichtring der Kühleinheit

Zerlegen und Reinigen der Kühleinheit

Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit auf den Verdampfer aufgeschraubt ist.




Mundstück unter leichtem Hin- und Herkippen aus Kühleinheitdeckel herausziehen. Mundstückdichtring mit Hilfe der Aussparung abziehen.



Um den Drehverschluss zu öffnen, den Rand des Mundstücks in die Einkerbung des Drehverschlusses stecken, entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und ihn herausziehen. Den Dichtring mit Hilfe der Aussparung vom Drehverschluss abziehen.



Kühleinheitdeckel vom Verdampfer abziehen.




Das Sieb aus der Kühleinheit ziehen.

5.




Das Einstellrad mithilfe des Füllkammerwerkzeugs aus der Kühleinheit drücken.

6.




Kühleinheitboden durch eine 90° Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn vom Verdampfer abschrauben.

7.



Großen Bodendichtring mit Füllkammerwerkzeug an der Aussparung in der Nut aushebeln.

8.



Das Sieb mithilfe eines Wattestäbchens vorsichtig von oben herausdrücken.

9.



Alle Teile der Kühleinheit in warmes Spülwasser einlegen. Alternativ: Alle Teile der Kühleinheit sowie das Füllkammersieb maximal 1/2 Stunde in Isopropylalkohol einlegen. Alle Teile mindestens eine Minute unter fließendem Wasser abspülen. Alle Teile vollständig trocknen lassen.

1. Basic Rules

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

These Instructions for Use are an integral part of the Vaporizer and must be made available to the user.

- ▶ Download the current detailed version of the Instructions for Use from www.storz-bickel.com.
- ▶ Read these instructions carefully and completely before operating the Vaporizer and USB-C Cable.
- ▶ Always follow the instructions in these Instructions for Use when using and servicing the device.
- ▶ This Vaporizer is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the Vaporizer by a person responsible for their safety. Children shall not handle the Vaporizer.
- ▶ If the user is suffering from respiratory tract or lung disease, the device may only be used after consultation and with the consent of the treating physician. Depending on their density, the vapors may irritate the respiratory tract and lungs, which may cause coughing.
- ▶ Do not leave the Vaporizer unattended while it is being operated.
- ▶ Store and use the Vaporizer and USB-C Cable only at a sufficient distance from heat sources (oven, stove, fireplace, etc.) and in a dry place where the ambient temperature cannot drop below +5 °C (+41 °F).
- ▶ Do not expose the Vaporizer to extreme fluctuations in ambient temperature. Condensation humidity could interfere with the functionality.
- ▶ Only use original Storz & Bickel accessories and spare parts.
- ▶ Do not use the Vaporizer and USB-C Cable in an inappropriate, incorrect or unreasonable manner, as the manufacturer does not accept any responsibility for any damage resulting from this.
- ▶ Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

- ▶ This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- ▶ Any changes or modifications to the device not expressly approved by STORZ & BICKEL can render the electromagnetic compatibility (EMC) invalid and void the operating license for the device.
- ▶ This device has been evaluated for specific absorption rate exemption and has been found to comply with the RF Exposure requirements of FCC 1.1307 and RSS 102.

2. Safety Recommendations

2.1 Risk of Injury due to electric Shock

- ▶ The Vaporizer and USB-C Cable must be switched off and disconnected from the power supply after use, before any maintenance work and during thunderstorms.
- ▶ Make sure that the USB-C Cable is not damaged by bending, crushing or pulling.
- ▶ Do not use multiple sockets and/or extension cables.
- ▶ Do not use the Vaporizer and USB-C Cable if they are damaged. Repairs may only be carried out by our Service Center. Attempting to repair damage yourself will invalidate the warranty. Our Service Center will replace a defective USB-C Cable.
- ▶ The Vaporizer and USB-C Cable must not be exposed to moisture and humidity.
- ▶ Keep the Vaporizer and USB-C Cable away from pets (e.g. rodents) and pests.
- ▶ Do not use the Vaporizer and USB-C Cable in a potentially explosive or flammable atmosphere.
- ▶ This appliance contains batteries that are not user replaceable.
- ▶ This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled and competent staff of our service team.
- ▶ **WARNING:** To charge the Battery, use only the detachable Power Adapter available for the device: Model EA1045UR, manufactured by EDAC.

2.2 Danger of Injury due to Burning/Vapors

- ▶ Do not touch hot surfaces of the Vaporizer (Filling Chamber and area around the Filling Chamber) during operation and the cooling phase.
- ▶ Place the hot Vaporizer only on a solid and heat-resistant surface and make sure that it is not covered by any objects.
- ▶ Do not use the Vaporizer near inflammable objects such as curtains, tablecloths or paper.
- ▶ Do not close, cover or obstruct the openings of the Vaporizer during operation and the cooling phase.
- ▶ Before switching on the Vaporizer, ensure that all vapors, e.g. from flammable cleaning agents and disinfectants, have evaporated.

2.3 Risk of Injury due to various Causes

- ▶ The packaging material (plastic bags, polystyrene parts, boxes etc.) must be kept out of the reach of children as it is a potential source of danger.
- ▶ Be careful that small parts of the Vaporizer are not swallowed.
- ▶ Be aware of the danger of strangulation through the USB-C Cable.
- ▶ Only use the Vaporizer with the recommended herbs and plant parts to be vaporized.
- ▶ Monitor your symptoms (e.g., cough, shortness of breath, chest pain) during or after the usage and promptly seek medical attention if you have concerns about your health.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage

- ▶ Store the Vaporizer and USB-C Cable in a dry place away from the elements and out of reach of children or unqualified persons.

Disposal

- ▶ Dispose of irreparable Vaporizer after the warranty period via the material cycle or send it to our Service Center.

Supply voltage: 5 VDC USB / 5-15 VDC USB-C PD

Power consumption: Max. 130 W.

Operating temperature: 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Temperature range: 40 °C - 210 °C (104 °F - 410 °F)

Size: 15,7 x 5,5 x 3,7 cm (6.18 x 2.17x 1.46 inch)

Weight: approx. 252 g (0.56 lbs)

Frequency band: 2,4-GHz-ISM-Band

(2400 to 2483,5 MHz)

Maximum transmitting power: +5.3 dBm EIRP

Patents and designs: www.storz-bickel.com/patents

Subject to technical changes.

COMPLIANCE WITH LEGAL AND NORMATIVE REQUIREMENTS

The device complies with the following EC Directives:

- 2014/30/EU
- 2014/53/EU
- 2011/65/EU

Identifier for compliance of the radio module:


- FCC-ID: 2APJE-SBVY
- IC: 23679-SBVY


SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, STORZ & BICKEL GmbH, hereby declare under our sole responsibility that the VENTY is in conformity with the regulations 2014/30/EU, 2014/53/EU and 2011/65/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:

<https://www.storz-bickel.com/downloads>



- 1**  **Filling Chamber**
Do not touch the Filling Chamber when hot.
- 2** **Mouthpiece**
Foldable
- 3** **Setting Wheel for Airflow**
- 4** **Power Button (ON/OFF)**
For switching on/off, press for at least 1/2 sec. each time.
Press for 10 seconds: Reset to default settings.
- 5** **Bluetooth Symbol**
If not visible, Bluetooth is turned off.

6 Plus Button

Press briefly: Temperature increase in 1 degree intervals.

Press and hold: Continuous temperature increase.

Press plus and minus simultaneously:

Changes degree display from Celsius to Fahrenheit and vice versa.

7 USB-C Charging Socket

For charging the battery. To ensure optimal performance use the original USB-C Supercharger (REF 11 47).

8 Minus Button

Press briefly: Temperature decrease in 1 degree steps.

Press and hold: Continuous temperature decrease.

Press plus and minus simultaneously:

Changes degree display from Celsius to Fahrenheit and vice versa.

9 Battery Display

Full battery: Display of all six charge status fields.

Battery almost empty: Slowly flashing battery frame.

10 Temperature Display

Adjustable between 40 °C and 210 °C (104 °F and 410 °F)

Three preset temperatures:

Base Temperature: 180 °C (356 °F).

Booster Temperature: +15 °C (+27 °F) offset to Base Temperature; deactivates after 90s.*

Superbooster Temperature: +15 °C (+27 °F) offset to Booster Temperature; deactivates after 90s.*

The Booster and Superbooster Offsets can be changed through the Web App.

*Activate the Permanent Boost in the S&B Web App to disable the 90 second timeout.

11 Cooling Unit


Unscrew and remove to fill the Filling Chamber.

1.



Download current detailed version of the Instructions for Use at: www.storz-bickel.com/downloads. Read the Instructions for Use before using the Vaporizer.

2.



Charge the Vaporizer. To ensure optimal performance use the original USB-C Supercharger.

3.



Unscrew the Cooling Unit from the Vaporizer by turning it 90° counterclockwise.

4.



Fill the Filling Chamber completely with crushed plant material up to the rim.

5.



Screw the Cooling Unit onto the Vaporizer by turning 90° clockwise.

6.




Switch on the Vaporizer. Ready for operation when the temperature displays in green display light.

7.



Inhale from Mouthpiece.



Explosion Drawing of the Cooling Unit

- 1 Rotary Cap
- 2 Mouthpiece
- 3 Mouthpiece Seal Ring
- 4 Cooling Unit Cap
- 5 Setting Wheel for Airflow
- 6 Cooling Unit Screen
- 7 Cooling Unit Base
- 8 Screen (coarse mesh width)
- 9 Cooling Unit Bottom Seal Ring

Disassembling and Cleaning the Cooling Unit


Make sure that the Cooling Unit is screwed onto the Vaporizer.




1. Pull the Mouthpiece out of the Cooling Unit Cap while slightly tilting it back and forth. Pull off the Mouthpiece Seal Ring using the recess.



2. Put the edge of the Mouthpiece into the notch of the Rotary Cap and turn it counterclockwise to open and pull out. Pull off the Seal Ring from the Rotary Cap using the recess.



3. Pull the Cooling Unit Cap off the Vaporizer.




4. Pull out the Screen inside the Cooling Unit.

5.



Use the Filling Chamber Tool to press the Setting Wheel out of the Cooling Unit.

6.




Unscrew the Cooling Unit Base from the Vaporizer by turning it 90° counterclockwise.

7.



Lever out the large Base Seal Ring with Filling Chamber Tool at the recess in the groove.

8.



Carefully press out the Screen from above using a cotton swab.

9.



Place all parts of the Cooling Unit in warm rinsing water. Alternative: Soak all parts of the Cooling Unit in isopropyl alcohol for a maximum of 1/2 hour. Rinse all parts under running water for at least one minute. Let all parts dry completely.

1. Règles fondamentales

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

- ▶ Ce Mode d'Emploi est un composant essentiel du Vaporisateur et doit être mis à la disposition de l'utilisateur.
- ▶ Télécharger la version détaillée actuelle du Mode d'Emploi sur le site www.storz-bickel.com.
- ▶ Veuillez lire scrupuleusement et entièrement les consignes suivantes avant de mettre le Vaporisateur et le Cordon USB-C en marche.
- ▶ Qu'il s'agisse de l'usage ou de l'entretien, l'utilisateur est tenu de toujours respecter les instructions de ce Mode d'Emploi.
- ▶ Ce Vaporisateur n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été encadrées ou formées sur la manière d'utiliser le Vaporisateur par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas manipuler le Vaporisateur.
- ▶ Si l'utilisateur est atteint d'une maladie pulmonaire ou des voies respiratoires, le Vaporisateur doit alors être utilisé uniquement après consultation et accord du médecin traitant. Les vapeurs peuvent, en fonction de leur densité, irriter les voies respiratoires et les poumons, ce qui peut provoquer de la toux.
- ▶ Ne laissez pas le Vaporisateur en marche sans surveillance.
- ▶ Ranger et utiliser le Vaporisateur et le Cordon USB-C uniquement à une distance convenable de sources de chaleur (four, cuisinière, cheminée, etc.) et dans un endroit sec où la température ambiante ne peut pas descendre sous +5 °C (+41 °F).
- ▶ Ne pas exposer le Vaporisateur à des variations extrêmes de la température ambiante. L'humidité de la condensation risque de perturber la fonctionnalité.
- ▶ Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange d'origine de STORZ & BICKEL.
- ▶ Ne pas utiliser pas le Vaporisateur et le Cordon USB-C de manière inappropriée, incorrecte ou déraisonnable, car le fabricant ne sera pas responsable des dommages qui en découlent.

- ▶ Dans des conditions d'utilisation abusives, du liquide peut être expulsé de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide expulsé de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- ▶ Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
- ▶ Tous changements ou modifications apportés à l'appareil sans l'approbation expresse de STORZ & BICKEL peuvent invalider sa compatibilité électromagnétique (CEM) et rendre caduque la licence d'exploitation de l'appareil.
- ▶ Cet appareil a été évalué pour une exemption afférente au débit d'absorption spécifique et s'est avéré conforme aux exigences de FCC 1.1307 et RSS 102 en matière d'exposition aux fréquences radio.

2. Consignes de sécurité

2.1 Risque de blessures par choc électrique

- ▶ Mettre hors tension et débrancher le Vaporisateur et le Cordon USB-C après l'utilisation, avant chaque entretien et en cas d'orage.
- ▶ Assurez-vous que le Cordon USB-C n'est pas endommagé par des coudes, un écrasement ou une traction.
- ▶ Nous décommandons l'utilisation de multiprises et/ou de rallonges électriques.
- ▶ Ne pas utiliser le Vaporisateur et le Cordon USB-C s'il est endommagé. Les réparations ne peuvent être effectuées que par notre Centre de Service. N'essayez en aucun cas de réparer les dommages vous-même. Cela entraîne la perte de la garantie légale. Notre Centre de Service remplacera un Cordon USB-C défectueux.
- ▶ Éviter que le Vaporisateur et le Cordon USB-C n'entrent en contact avec de l'humidité.
- ▶ Tenir le Vaporisateur et le Cordon USB-C éloignés des animaux domestiques (par ex. rongeurs) et des nuisibles.

- ▶ Ne pas utiliser le Vaporisateur et le Cordon USB-C dans des atmosphères potentiellement explosives ou inflammables.
- ▶ Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur.
- ▶ Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par les membres qualifiés et compétents de notre équipe de SAV.
- ▶ **AVERTISSEMENT** : Pour charger la batterie, utiliser uniquement le Bloc d'Alimentation amovible disponible pour l'appareil : Modèle EA1045UR, fabriqué par EDAC.

2.2 Risque de blessures par brûlure / vapeurs

- ▶ Ne pas toucher les surfaces chaudes du Vaporisateur (Chambre de Remplissage et zone autour de la Chambre de Remplissage), lors de l'utilisation et de la phase de refroidissement.
- ▶ Ne posez le Vaporisateur chaud que sur une surface solide résistante à la chaleur et assurez-vous qu'il n'est couvert par aucun objet.
- ▶ Ne pas utiliser le Vaporisateur à proximité d'objets inflammables tels que des rideaux, des nappes ou du papier.
- ▶ Ne jamais recouvrir, boucher ni colmater les fentes de ventilation et l'orifice de sortie d'air du Vaporisateur pendant son fonctionnement ou la phase de refroidissement.
- ▶ Avant de mettre le Vaporisateur en marche, s'assurer que toute la vapeur, par exemple de produits de nettoyage et de désinfection inflammables, se soit évaporée.

2.3 Risque de blessures par différentes causes

- ▶ En raison du danger potentiel qu'ils représentent, tenir les emballages (sacs plastique, éléments en styropor, cartons, etc.) hors de portée des enfants.
- ▶ Le Vaporisateur contient des petites pièces qui peuvent être avalées.
- ▶ Le Cordon USB-C présente un risque potentiel d'étranglement.
- ▶ Le Vaporisateur ne devra être utilisé qu'avec les herbes et les parties de plantes à vaporiser conseillées.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- ▶ Observer vos symptômes (par ex. : toux, essoufflement, douleurs au niveau de la poitrine) pendant ou après l'utilisation et consultez immédiatement un médecin si vous avez des inquiétudes au sujet de votre santé. cerns about your health.

CONSERVATION ET RÉFORME

Conservation

- ▶ Stocker le Vaporisateur et le Cordon USB C dans un endroit sec, protégé des intempéries et hors de portée des enfants ou des personnes non autorisées.

Réforme

- ▶ Après l'expiration de la période de garantie légale, déposer le Vaporisateur irréparable au point de collecte pour recyclage, ou le retourner à notre Centre de Service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VAPORISATEUR

Tension d'entrée : 5 VDC USB / 5-15 VDC USB-C PD

Puissance absorbée : max. 130 W

Température de service : de 5 °C à 35 °C (de 41 °F à 95 °F)

Plage de température : de 40 °C à 210 °C (de 104 °F à 410 °F)

Dimensions : 15,7 x 5,5 x 3,7 cm (6.18 x 2.17 x 1.46 inch)

Poids : env. 252 g (0.56 lbs)

Bande de fréquence : bande ISM de 2,4 GHz (de 2 400 à 2 483,5 MHz)

Puissance maximale transmise : +5,3 dBm PIRE

Brevets et modèles déposés : www.storz-bickel.com/patents

Sous réserve de modifications techniques.

CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES LÉGALES ET NORMATIVES ^{fr}

Cet appareil est conforme aux directives CE suivantes :

- 2014/30/EU
- 2014/53/EU
- 2011/65/EU


Identifiant de conformité du module radio

- FCC-ID: 2APJE-SBVY
- IC: 23679-SBVY

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE SIMPLIFIÉE

Nous, STORZ & BICKEL GmbH, garantissons et déclarons, sous notre seule responsabilité, que le VENTY est conforme aux exigences applicables des directives 2014/30/UE, 2014/53/UE et 2011/65/UE.

Le texte intégral de cette déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.storz-bickel.com/downloads>.



- 1**  **Chambre de Remplissage**
Ne pas toucher la Chambre de Remplissage lorsque celle-ci est chaude.
- 2** **Embout**
Pliant
- 3** **Molette de Réglage du Flux d'Air**
- 4** **Touche Marche/Arrêt (ON/OFF)**
pour commuter sur on/off, appuyer sur le bouton pendant au moins 1/2 sec. à chaque fois. Appuyer pendant 10 sec. : Réinitialisation des paramètres par défaut.
- 5** **Symbole Bluetooth**
S'il n'est pas visible, Bluetooth est désactivé.

6 Touche Plus

Pression brève : Augmentation de la température par tranche de 1 degré

Pression continue : Augmentation continue de la température.

Pression simultanée de Plus et Moins:

Passage des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit et inversement.

7 Prise pour Chargement USB-C

Pour charger la batterie. Utiliser l'USB-C Supercharger (REF 11 47) d'origine pour garantir des performances optimales.

8 Touche Moins

Pression brève : Réduction de la température par tranche de 1 degré.

Pression continue : Réduction continue de la température.

Pression simultanée de Plus et Moins:

Passage des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit et inversement.

9 Affichage de la Batterie

Batterie pleine : Affichage des six champs d'état de charge

Batterie presque vide : Cadre de batterie clignote lentement.

10 Affichage de la Température

Réglable entre 40 °C et 210 °C (104°F et 410°F).

Trois températures prédéfinies

Température de Base: 180°C (356°F)

Booster Température : +15 °C (+27 °F) de décalage par rapport à la Température de Base; se désactive après 90s.*

Superbooster Température : +15 °C (+27 °F) de décalage par rapport à la Booster Température; se désactive après 90s.*

Les Booster et Superbooster Températures peuvent être modifiées via l'application Web.

*Dans l'appli Web S&B, activez le « Permanent Boost » pour empêcher la désactivation après 90 secondes.

11 Unité de Refroidissement


Dévisser pour remplir la chambre de remplissage.

1.



Télécharger la version détaillée actuelle du Mode d'Emploi sur le site: www.storz-bickel.com/downloads. Lire le Mode d'Emploi avant d'utiliser le Vaporisateur.

2.



Recharger le Vaporisateur. Utiliser l'USB-C Supercharger d'origine pour garantir des performances optimales.

3.



Démonter l'Unité de Refroidissement du Vaporisateur en la dévissant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4.



Remplir la Chambre de Remplissage entièrement avec du matériel végétal écrasé jusqu'au rebord.

5.



Visser l'Unité de Refroidissement sur le Vaporisateur en la tournant de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

6.




Allumer le Vaporisateur. Il est opérationnel lorsque les écrans de température affichent un éclairage en vert.

7.



Inhaler par l'Embout.



Vue éclatée de l'Unité de Refroidissement

- 1 Couvercle Rotatif
- 2 Embout
- 3 Joint d'Embout
- 4 Couvercle de l'Unité de Refroidissement
- 5 Molette de Réglage du Flux d'Air
- 6 Écran de l'Unité de Refroidissement
- 7 Base d'Unité de Refroidissement
- 8 Tamis (maillage grossier)
- 9 Joint du fond de l'Unité de Refroidissement

Démontage et nettoyage de l'Unité de Refroidissement


Veillez à ce que l'Unité de Refroidissement soit vissée sur le Vaporisateur.



Démonter l'Embout du couvercle de l'Unité de Refroidissement en le tournant légèrement dans les deux sens. Retirer le Joint d'Embout à l'aide de l'encoche.




Placer le bord de l'Embout dans l'entaille du Couvercle Rotatif et le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir et le retirer. Retirer le Joint du Couvercle Rotatif à l'aide de l'encoche.




Démonter le couvercle d'Unité de Refroidissement du Vaporisateur.




Faire sortir le Tamis à l'intérieur de l'Unité de Refroidissement.




Utiliser l'Outil de Chambre de Remplissage pour pousser la Molette de Réglage hors de l'Unité de Refroidissement.



Démonter le fond de l'Unité de Refroidissement du Vaporisateur en le dévissant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Dégager le grand Joint de Base sur l'évidement de rainure à l'aide de l'Outil de Chambre de Remplissage.



Retirez délicatement le Tamis du dessus à l'aide d'un coton-tige.



Poser toutes les pièces de l'Unité de Refroidissement dans de l'eau de rinçage tiède. Une autre solution consiste à laisser les pièces de l'Unité de Refroidissement pendant une demi-heure au maximum dans l'alcool isopropylique. Rincer toutes les pièces sous l'eau courante pendant au moins une minute. Laisser toutes les pièces complètement refroidir.

1. Reglas fundamentales

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este Modo de Empleo es una parte esencial del Vaporizador y ha facilitarse el acceso al usuario.

- ▶ Descargue la versión actual detallada del Modo de Empleo en www.storz-bickel.com.
- ▶ Lea estas indicaciones atentamente al completo antes de poner en funcionamiento el Vaporizador y el Cable USB-C.
- ▶ En caso de uso y de mantenimiento, siga las instrucciones de este Modo de Empleo.
- ▶ Este Vaporizador no es apto para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que estén bajo la supervisión o sigan las indicaciones relacionadas con el uso del Vaporizador proporcionadas por la persona responsable de su seguridad. Los niños no deberán manipular el Vaporizador.
- ▶ Si el usuario presenta una patología de las vías respiratorias o del pulmón, sólo podrá usar este Vaporizador previa consulta y consentimiento del médico que le trata. Según la densidad, los vapores pueden irritar las vías respiratorias y los pulmones, lo que puede conducir a tos.
- ▶ No deje el Vaporizador desatendido mientras está en funcionamiento.
- ▶ Almacene y utilice el Vaporizador y el Cable USB-C sólo a una distancia suficiente de las fuentes de calor (estufa, horno, chimenea, etc.) y en un lugar seco, en el cual la temperatura ambiente no pueda descender por debajo de +5 °C (+41 °F).
- ▶ No exponga el Vaporizador a oscilaciones extremas de la temperatura ambiente. La humedad de condensación puede perjudicar la capacidad de funcionamiento.
- ▶ Emplee únicamente accesorios y recambios originales de STORZ & BICKEL.
- ▶ No emplee un Vaporizador y Cable USB-C inadecuado, incorrecto o de forma insensata, dado que el fabricante no se responsabiliza en este caso de los daños resultantes.

- ▶ En caso de uso del dispositivo en condiciones abusivas, la batería podría expulsar un líquido; evitar el contacto. En caso de contacto accidental, enjuagar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicitar además asistencia médica. El líquido expulsado de la batería podría causar irritación o quemaduras.
- ▶ Este dispositivo está en conformidad con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones:(1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
- ▶ Los cambios y modificaciones realizados en el dispositivo no autorizados explícitamente por STORZ & BICKEL podrían invalidar la compatibilidad electromagnética (CEM) y anular la licencia de explotación del dispositivo.
- ▶ Este dispositivo ha sido evaluado para la exención de la tasa de absorción específica y cumple los requisitos de la Exposición a Radiofrecuencias estipulada en el § 1.1307 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y en la Norma RSS 102.

2. Instrucciones de Seguridad

2.1 Riesgo de Lesiones por Descarga eléctrica

- ▶ Después del uso, antes de las tareas de mantenimiento y en caso de tormenta, apague el Vaporizador y el Cable USB-C y desconéctelos de la red eléctrica.
- ▶ Observe que el Cable USB-C no esté dañado por dobleces, aplastamientos o tracción.
- ▶ No emplee enchufes múltiples y/o cables alargadores.
- ▶ No emplee el Vaporizador y el Cable USB-C si están dañados. Las reparaciones sólo pueden ser efectuadas por nuestro Service Center. El intento de subsanar los daños por sí solo provocará la pérdida de la prestación de garantía. Nuestro Service Center sustituye un Cable USB-C.
- ▶ Procure que el Vaporizador y el Cable USB-C entren en contacto con líquidos y humedad.
- ▶ Mantenga el Vaporizador y el Cable USB-C alejado de los animales domésticos (p. ej. roedores) y parásitos.

- ▶ No emplee el Vaporizador o el Cable USB-C en un entorno con riesgo de explosión o en atmósferas explosivas.
- ▶ Este aparato contiene baterías que no son reemplazables por el usuario.
- ▶ Este aparato contiene baterías que solo podrán ser reemplazadas por personal cualificado y competente de nuestro equipo de servicio.
- ▶ **ADVERTENCIA:** para cargar la batería, emplee la fuente de alimentación extraíble disponible únicamente para este dispositivo: modelo EA1045UR, fabricada por EDAC.

2.2 Riesgo de Lesiones por Quemaduras / Vapores

- ▶ No toque las superficies calientes del Vaporizador (Depósito y entorno del Depósito) durante el servicio y la fase de enfriamiento.
- ▶ Coloque el Vaporizador caliente sólo sobre una superficie sólida y resistente al calor y asegúrese de que no esté cubierto por ningún objeto.
- ▶ No utilice el Vaporizador cerca de objetos inflamables, como por ejemplo cortinas, manteles o papel.
- ▶ No cierre, cubra u obstruya los orificios del dispositivo del Vaporizador durante la operación y la fase de enfriamiento.
- ▶ Antes de conectar el Vaporizador, asegúrese de que se han evaporado todos los vapores de, p. ej., los productos de limpieza y desinfección inflamables.

2.3 Riesgo de Lesiones por Causas diversas

- ▶ Los elementos de envasado (bolsas de plástico, piezas de poliestireno expandido, cartones, etc.) se deben mantener fuera del alcance de los niños, ya que representan un riesgo potencial.
- ▶ Observe que las piezas pequeñas del Vaporizador no sean ingeridas.
- ▶ Tenga en cuenta el riesgo de estrangulamiento mediante el Cable USB-C.
- ▶ Emplee el Vaporizador únicamente con las hierbas y vegetales que desea vaporizar.
- ▶ Observe los síntomas (p. ej. tos, dificultad respiratoria, dolor en el tórax) durante o tras el uso y consulte inmediatamente a un médico si tiene dudas relativas a la salud.

ALMACENAJE Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS es

Almacenaje

- ▶ Guarde el Vaporizador y el Cable USB-C en un lugar seco y protegido de las inclemencias del tiempo y fuera del alcance de los niños o personas incapaces.

Eliminación de Desechos

- ▶ Deposite el Vaporizador irreparable tras el plazo de prestación de garantía en el sistema de reciclaje o envíelo a nuestro Service Center.

DATOS TÉCNICOS VAPORIZADOR

Tensión de entrada: 5 VDC USB / 5-15 VDC USB-C PD

Consumo de potencia: máx.130 W

Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)

Gama de temperatura: 40 °C a 210 °C (104 °F a 410 °F)

Medidas:15,7 x 5,5 x 3,7 cm (6.18 x 2.17 x 1.46 inch)

Peso: aprox. 252 g (0.56 lbs)

Banda de frecuencias: banda 2,4-GHt-ISM (2400 to 2483,5 MHz)

Potencia máxima de transmisión: +5.3 dBm EIRP

Patentes y modelos estéticos registrados:

www.storz-bickel.com/patents

Quedan reservadas las modificaciones técnicas.

CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

El dispositivo está en conformidad con las siguientes Directivas de CE:

- ▶ 2014/30/EU
- ▶ 2014/53/EU
- ▶ 2011/65/EU

Identificador de conformidad del módulo radioeléctrico


- ▶ FCC-ID: 2APJE-SBVY
- ▶ IC: 23679-SBVY


DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, STORZ & BICKEL GmbH, declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el VENTY cumple con los reglamentos 2014/30/UE, 2014/53/UE y 2011/65/UE.

El texto completo de la Declaración de conformidad UE puede consultarse en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.storz-bickel.com/downloads>



- 1**  **Depósito**
No toque el Depósito si está caliente.
- 2** **Boquilla**
Plegable
- 3** **Rueda de Ajuste para el Caudal de Aire**
- 4** **Interruptor de Encendido/Apagado (ON/OFF)**
Para encender/apagar, pulse durante al menos 1/2 seg. cada vez.
Pulse durante 10 segundos: Restablece la configuración predeterminada.
- 5** **Simbolo de Bluetooth**
Si no se muestra, Bluetooth estará apagado.


- 6 Tecla (+)**
Pulsación breve: Aumento de temperatura en pasos de un grado.
Pulsación duradera: Aumento constante de la temperatura.
Pulsación simultánea de Más y Menos:
Cambio de indicación de grados Celsius a grados Fahrenheit y viceversa.
- 7 Enchufe de Carga USB-C**
Para cargar la Batería. Para garantizar un rendimiento óptimo, use el USB-C Supercharger (REF 11 47) original.
- 8 Tecla (-)**
Pulsación breve: Reducción de temperatura en pasos de un grado.
Pulsación duradera: Reducción constante de la temperatura.
Pulsación simultánea de Más y Menos:
Cambio de indicación de grados Celsius a grados Fahrenheit y viceversa.
- 9 Indicación de Batería**
Batería completa: Indicación de los seis campos de estado de carga.
Batería casi vacía: Marco de batería con parpadeo lento .
- 10 Indicador de Temperatura**
Ajustable entre 40 °C y 210 °C (104 °F y 410 °F)
Tres Temperaturas preconfiguradas:
Temperatura Básica: 180 °C (356 °F)
Temperatura Booster: +15 °C (+27 °F) offset a Temperatura Básica; se desactiva después de 90s.*
Temperatura Superbooster: +15 °C (+27 °F) Offset a Temperatura Booster; se desactiva después de 90 s.*
La Temperatura Booster y Superbooster se puede modificar en la Web App.
- *Activa el „Permanent Boost“ en la S&B Web App para desactivar el tiempo de espera de 90 segundos.
- 11 Unidad de Enfriamiento**
Desatornillar para rellenar el Depósito.

1.



Descargue la versión actual detallada del Modo de Empleo en www.storz-bickel.com/downloads. Lea el Modo de Empleo antes del uso del Vaporizador.

2.



Cargue el Vaporizador. Para garantizar un rendimiento óptimo, use el USB-C Supercharger original.

3.




Enrosque la Unidad de Enfriamiento del Vaporizador girando 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.

4.



Llene el Depósito completamente con material vegetal triturado hasta el borde.

5.



Enrosque la Unidad de Enfriamiento girándola 90° en sentido de las agujas del reloj sobre el Vaporizador.

6.




Encienda el Vaporizador. Estará listo para el funcionamiento cuando la temperatura se muestre en la luz verde de indicación.

7.



Inhalar utilizando la Boquilla.



Explosion Drawing of the Cooling Unit

- 1 Tapa Giratoria
- 2 Boquilla
- 3 Anillo de Sellado de Boquilla
- 4 Tapa de Unidad de Enfriamiento
- 5 Rueda de Ajuste para el Caudal de Aire.
- 6 Malla de la Unidad de Enfriamiento
- 7 Fondo de la Unidad de Enfriamiento
- 8 Malla (apertura de malla gruesa)
- 9 Anillo de Sellado inferior de la Unidad de Enfriamiento

Desmontaje y Limpieza de la Unidad de Enfriamiento

Observe que la Unidad de Enfriamiento esté enroscada sobre el Vaporizador.



Extraiga la Boquilla moviéndola e inclinándola ligeramente de la tapa de la Unidad de Enfriamiento. Retire el Anillo de Sellado de Boquilla usando el hueco.



Coloque el borde de la Boquilla en la muesca de la Tapa Giratoria, gire en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrir y tire. Retire el Anillo de Sellado de la Tapa Giratoria usando el hueco.



Tire de la tapa de la Unidad de Enfriamiento del Vaporizador.




Tire de la Malla dentro de la Unidad de Enfriamiento.

5.




Use la Herramienta del Depósito para presionar la Rueda de Ajuste hasta extraerla de la Unidad de Enfriamiento.

6.




Desenrosque la Unidad de Enfriamiento del Vaporizador girando 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.

7.



Levante el Anillo de Sellado de Fondo grande con la Herramienta del Depósito en la muesca de la ranura.

8.



Presione cuidadosamente la Malla desde arriba con un hisopo de algodón.

9.



Introduzca todas las piezas de la Unidad de Enfriamiento en agua de aclarado caliente. Alternativa: Sumerja todas las piezas de la Unidad de Enfriamiento como máximo 1/2 hora en alcohol isopropílico. Enjuague todas las piezas durante al menos un minuto bajo el agua corriente. Deje secar todas las piezas completamente.

1. Regole fondamentali

SALVARE QZESTE ISTRUZIONI

Queste Istruzioni per l'Uso costituiscono un componente fondamentale del Vaporizzatore e devono essere accessibili per l'utilizzatore.

- ▶ Scaricare la versione attuale e completa delle Istruzioni per l'Uso dalla pagina www.storz-bickel.com.
- ▶ Leggere interamente e attentamente queste indicazioni prima di mettere in funzione il Vaporizzatore e il Cavo USB-C.
- ▶ Durante l'uso del prodotto e la relativa manutenzione, seguire sempre le indicazioni contenute nelle presenti Istruzioni per l'Uso.
- ▶ Questo Vaporizzatore non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsi esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del Vaporizzatore da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono maneggiare il Vaporizzatore.
- ▶ Se l'utilizzatore soffre di malattie alle vie respiratorie o ai polmoni, il Vaporizzatore può essere utilizzato solo dopo aver consultato il medico curante e aver ottenuto la sua autorizzazione. I vapori, a seconda della densità, possono irritare le vie respiratorie e i polmoni, ciò può provocare la tosse.
- ▶ Non lasciare incustodito il Vaporizzatore mentre si trova in funzione.
- ▶ Conservare e utilizzare il Vaporizzatore e il Cavo USB-C solo a una distanza sufficiente dalle fonti di calore (forni, fornelli, camini, ecc.) e in un luogo asciutto, nel quale la temperatura ambiente non possa scendere al di sotto di +5 °C (+41 °F).
- ▶ Non esporre il Vaporizzatore alle oscillazioni estreme della temperatura ambiente. La capacità di funzionamento potrebbe essere disturbata dall'umidità condensata.
- ▶ Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori originali STORZ & BICKEL.
- ▶ Non usare il Vaporizzatore e il Cavo USB-C in modo inadeguato, errato o scriteriato, in quanto in questo caso il produttore non si assumerebbe nessuna responsabilità per gli eventuali danni.

- ▶ In caso di condizioni estreme, dalla batteria può fuoriuscire del liquido; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare immediatamente un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- ▶ Questo dispositivo è conforme con la parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve poter causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.
- ▶ Eventuali modifiche o cambiamenti al dispositivo non espressamente approvati da STORZ & BICKEL possono pregiudicare la compatibilità elettromagnetica (EMC) e comportare l'annullamento della licenza d'uso del dispositivo.
- ▶ Questo dispositivo è stato valutato per l'esenzione dal tasso di assorbimento specifico ed è risultato conforme ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze di FCC 1.1307 e RSS 102.

2. Indicazioni di sicurezza

2.1 Pericolo di lesioni a causa di una scossa elettrica

- ▶ Scollegare dalla rete elettrica il Vaporizzatore e il Cavo USB-C prima di qualsiasi lavoro di manutenzione e durante i temporali.
- ▶ Fare attenzione a non danneggiare il Cavo USB-C piegandolo, schiacciandolo o tirandolo.
- ▶ Non utilizzare prese multiple e/o cavi di prolunga.
- ▶ Non utilizzare il Vaporizzatore e il Cavo USB-C se presentano danni. Le riparazioni devono essere eseguite solo dal nostro Centro di Assistenza. Il tentativo di riparare autonomamente un guasto comporta l'annullamento della garanzia. Il nostro Centro di Assistenza sostituisce il Cavo USB-C guasto.
- ▶ Il Vaporizzatore e il Cavo USB-C non devono venire a contatto con l'umidità e con i liquidi.
- ▶ Tenere il Vaporizzatore e il Cavo USB-C lontano dagli animali domestici (ad esempio i roditori) e dai parassiti.
- ▶ Non utilizzare il Vaporizzatore e il Cavo USB-C nelle atmosfere potenzialmente esplosive o infiammabili.
- ▶ Questo dispositivo contiene delle batterie che non possono essere sostituite dall'utilizzatore.

- ▶ Questo dispositivo contiene delle batterie che possono essere sostituite solo dal personale competente ed esperto della nostra squadra di assistenza.
- ▶ **ATTENZIONE:** per caricare la batteria, usare solo l'Alimentatore rimovibile disponibile per l'apparecchio: modello EA1045UR, prodotto da EDAC.

2.2 Pericolo di lesioni a causa dei vapori / pericolo di ustioni

- ▶ Non toccare le superfici calde del Vaporizzatore (Contenitore e area attorno al Contenitore) durante il funzionamento e la fase di raffreddamento.
- ▶ Posizionare il Vaporizzatore caldo solo su una superficie solida e resistente al calore e accertarsi che non sia coperto da nessun oggetto.
- ▶ Non usare il Vaporizzatore vicino a oggetti infiammabili quali, ad esempio, tende, tovaglie o carta.
- ▶ Non bloccare, coprire o chiudere le aperture del Vaporizzatore durante il funzionamento e la fase di raffreddamento.
- ▶ Prima dell'accensione del Vaporizzatore, accertare che tutti i vapori, ad esempio di detersivi e disinfettanti infiammabili, siano evaporati.

2.3 Pericolo di lesioni per diverse cause

- ▶ Le parti della confezione (sacchetti di plastica, parti di plastica espansa, cartoni ecc.) devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini, in quanto rappresentano un potenziale pericolo.
- ▶ Accertare che la minuteria del Vaporizzatore non venga ingoiata.
- ▶ Tenere conto del pericolo di strangolamento rappresentato dal Cavo USB-C.
- ▶ Utilizzare il Vaporizzatore solo con le erbe e i componenti vegetali da vaporizzare raccomandati.
- ▶ Prestare attenzione ai sintomi (ad esempio tosse, fiato corto, dolori alla gabbia toracica) durante o dopo l'uso e rivolgersi immediatamente a un medico se si hanno dubbi in merito alla salute.

DEPOSITO E SMALTIMENTO

Deposito

- ▶ Conservare il Vaporizzatore e il Cavo USB-C in un luogo asciutto e al riparo dagli agenti atmosferici e lontano dalla portata dei bambini o di persone inabili.

Smaltimento

- ▶ I Vaporizzatori non riparabili, dopo la scadenza del termine di garanzia, vanno conferiti ai centri di riciclaggio o spediti al nostro Centro di Assistenza.

DATI TECNICI VAPORIZZATORI

Tensione di ingresso: 5 VDC USB / 5-15 VDC USB-C PD

Potenza assorbita: max. 130 W

Temperatura di funzionamento: da 5°C a 35°C (da 41 °F a 95 °F)

Intervallo di temperatura: da 40 °C a 210 °C (da 104 °F a 410 °F)

Misure: 15,7 x 5,5 x 3,7 cm (6.18 x 2.17 x 1.46 inch)

Peso: ca. 252 g (0.56 lbs)

Banda di frequenza: banda ISM a 2,4 GHz (da 2400 a 2483,5 MHz)

Potenza di trasmissione massima: +5,3 dBm EIRP

Brevetti e disegni: www.storz-bickel.com/patents
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

CONFORMITÀ CON I REQUISITI LEGALI E NORMATIVI

Il dispositivo soddisfa le seguenti direttive CE:

- 2014/30/EU
- 2014/53/EU
- 2011/65/EU


Identificatore per la conformità del modulo radio:

- FCC-ID: 2APJE-SBVY
- IC: 23679-SBVY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Noi della STORZ & BICKEL GmbH dichiariamo con la presente sotto la nostra esclusiva responsabilità che il VENTY è conforme con le regolamentazioni 2014/30/UE, 2014/53/UE e 2011/65/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE può essere ottenuto dall'indirizzo Internet seguente: <https://www.storz-bickel.com/downloads>



- 1**  **Contenitore**
Non toccare il Contenitore caldo.
- 2** **Boccaglio**
Pieghevole
- 3** **Manopola di Regolazione del Flusso d'Aria**
- 4** **Interruttore Elettrico (ON/OFF)**
per accendere e spegnere premere per almeno 1/2 secondo per volta.
Premere per 10 secondi: Ripristina le impostazioni predefinite.
- 5** **Simbolo Bluetooth**
Se non è visibile, Bluetooth è disattivato.


- 6 Tasto più**
Pressione breve: Aumento della temperatura in incrementi di 1 grado.
Pressione prolungata: Aumento continua della temperatura.
Pressione breve di più e meno:
Cambio della visualizzazione da gradi Celsius a gradi Fahrenheit e viceversa.
- 7 Presa di Carica USB-C**
Per la ricarica della batteria. Per garantire le prestazioni ottimali, usare l'USB-C Supercharger (REF 11 47).
- 8 Tasto Meno**
Pressione breve: Riduzione della temperatura in incrementi di 1 grado.
Pressione prolungata: Riduzione continua della temperatura.
Pressione breve di più e meno:
Cambio della visualizzazione da gradi Celsius a gradi Fahrenheit e viceversa.
- 9 Indicatore della Batteria**
Batteria carica: Indicatore con tutti e sei i campi dello stato di carica accesi.
Batteria quasi scarica: Telaio della batteria lampeggiante lentamente.
- 10 Indicatore Temperatura**
Regolabile tra 40 °C e 210 °C (104 °F e 410 °F)
Tre temperature preimpostate:
Temperatura di Base: 180 °C (356 °F)
Temperatura Booster: +15 °C (+27 °F) di scarto rispetto alla Temperatura di Base; si disattiva dopo gli anni 90s.*
Temperatura Super-Booster: +15 °C (+27 °F) di scarto rispetto alla Temperatura Booster; si disattiva dopo gli anni 90s.*
La Temperatura Booster e Super-Booster può essere cambiata attraverso l'app web.
- *Attivare il „Permanent Boost” nella Web App S&B per disattivare il timeout di 90 secondi.
- 11 Unità di Raffreddamento**
Svitare per riempire il Contenitore.

1.



Scaricare la versione attuale e completa delle Istruzioni per l'Uso dalla pagina www.storz-bickel.com/downloads. Leggere le Istruzioni per l'Uso prima dell'uso del Vaporizzatore.

2.



Caricare il Vaporizzatore. Per garantire le prestazioni ottimali, usare l'USB-C Supercharger.

3.




Svitare l'Unità di Raffreddamento dal Vaporizzatore compiendo una rotazione di 90° in senso antiorario.

4.



Riempire completamente il Contenitore con il materiale vegetale sminuzzato fino al bordo.

5.



Avvitare l'Unità di Raffreddamento sul Vaporizzatore compiendo una rotazione di 90° in senso orario.

6.




Accendere il Vaporizzatore. Il dispositivo è pronto per il funzionamento quando l'indicatore della temperatura visualizza la luce verde.

7.



Aspirare dal Boccaglio.




Disegno esploso dell'Unità di Raffreddamento

- 1 Coperchio Girevole
- 2 Boccaglio
- 3 Anello di Tenuta del Boccaglio
- 4 Coperchio dell'Unità di Raffreddamento
- 5 Manopola di Regolazione del Flusso d'Aria
- 6 Filtro dell'Unità di Raffreddamento
- 7 Fondo dell'Unità di Raffreddamento
- 8 Filtro (maglia grossa)
- 9 Anello di Tenuta inferiore dell'Unità di Raffreddamento

Smontaggio e pulizia dell'Unità di Raffreddamento

Accertarsi che l'Unità di Raffreddamento sia avvitata sul Vaporizzatore.



1. Estrarre il Boccaglio dal coperchio dell'Unità di Raffreddamento muovendolo leggermente avanti e indietro. Staccare l'Anello di Tenuta del Boccaglio usando la rientranza.


2. Mettere il bordo del Boccaglio nell'incavatura del Coperchio Girevole e ruotare in senso antiorario per aprire e togliere. Staccare l'Anello di Tenuta del Coperchio Girevole usando la rientranza.

3. Togliere il coperchio dell'Unità di Raffreddamento dal Vaporizzatore.


4. Togliere il Filtro all'interno dell'Unità di Raffreddamento.




Usare l'Utensile del Contenitore per spingere la Monopola di Regolazione fuori dall'Unità di Raffreddamento.



Svitare il fondo dell'Unità di Raffreddamento dal Vaporizzatore compiendo una rotazione di 90° in senso antiorario.



Estrarre il grande Anello di Tenuta del Fondo facendo leva con l'Utensile del Contenitore sull'apertura della scanalatura.



Spingere fuori delicatamente il Filtro dall'alto usando un bastoncino cotonato.



Immergere tutti i componenti dell'Unità di Raffreddamento in acqua di lavaggio calda.

Alternativa: immergere tutti i componenti dell'Unità di Raffreddamento nell'alcol isopropilico per 1/2 ora al massimo. Risciacquare tutti i componenti per almeno un minuto sotto l'acqua corrente. Lasciare asciugare completamente tutti i pezzi.



STORZ & BICKEL

STORZ & BICKEL GmbH

In Grubenäcker 5-9 · 78532 Tuttlingen / Germany
© by STORZ & BICKEL GmbH · QAL-30-204 · 10-2025
Subject to alterations · All rights reserved

